



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IASI

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achiziții Publice

www.uaic.ro

Nr.1770 /AP/25.03.2021

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **31.03.2021** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele produse :

Lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 - Aparate de analiza si detectare			
Lot 1	Secvențiator ADN/ARN -dispozitiv de secvențiere a acizilor nucleici bazat pe nanopori proteici. Livrat cu următoarele componente: - Dispozitivul de secvențiere propriu-zis 1x MinION Sequencing Device, MIN-101B - o celulă de secvențiere R9.4.1, FLO-MINSP6 - 1x Flow Cell Wash Kit EXP-WSH004 - 1x Control Expansion EXP-CTL001 - 1x Voucher pentru o celulă de secvențiere R9 FLO-MIN106D - 1x Rapid Sequencing Kit, SQK-RAD004 <i>Se solicită: livrare, instalare și punere în funcțiune</i> <i>Model de referință: MinION Starter Pack Basic sau echivalent</i>	buc	1
Lot 2 - Autoclave			
Lot 2	Autoclav portabil Temperatura maxima 126 °C Temperatura de functionare 121 °C / 126 °C (2 trepte) Tip incarcare Verticala Capacitate 18 l Presiune de lucru 0.142 MPa Dimensiuni camera sterilizare (Ø*h) 280*210 mm Putere consumata 2000 W Alimentare 220 V, 50 Hz Greutate 10 kg <i>Se solicită: livrare, instalare și punere în funcțiune</i> <i>Model de referință: Biobase BKM-P18(A), 18 l sau echivalent</i>	buc	1
Lot 3- Utilaje pentru tratarea termică a materialelor			
Lot 3	Incubator cu agitare orbitala Tip agitare Orbitala Platforma agitare 450*450 Frecventa de agitare 20-250 RPM Amplitudinea de agitare 30 mm	buc	1

ADRESA: Iași, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126



	Interval de temperatura + 30° la + 70°C Constanta temperaturii +/- 0.2°C Temporizator de la 1 min - la 999 h, cu functii multiple Dimensiuni interioare (L*I*h) 450*450*280 mm Dimensiuni exterioare (L*I*h) 525*665*570 mm Alimentare 230V / 50-60 Hz Consum 0.8 kW Se solicită: livrare, instalare și punere în funcțiune Model de referință GFL-3031 sau Lauda VS 60 OI sau echivalent		
Lot 4 - Hote de ventilare sau de reciclare			
Lot 4	Hotă microbiologică clasa II - dimensiunile externe: 1049x764x1260 mm - dimensiunile interne : 954x602x580mm - Greutatea: 180 kg. - Viteza fluxului laminar: 0.35 m/s; - Rata fluxului laminar de aer: 669 m3/h. - Viteza aerului aspirat de min 0.55 m3/s. - Rata fluxului de aer extras: 295 m3/h. - Energia consumată maximă: 0.125 KW. - Iluminare: ≥1000 Lux. - Nivel vibrații: 0.005 mm RMS. - Nivel zgomot: <58 dBA - Două filtre HEPA H14 (EN 1822), cu o eficiență de 99.995 % MPPS și de 99.999 % DOP pentru particule de 0.3μm - Calitate aer ISO 4, conform cu ISO CD 14644-1: 353 part. ≥ 0.5 μm/m3 ; 10000 part. ≥ 0.1 μm/m3 - În conformitate cu standardul EN 12469 Clasa II si conform NSF/ANSI 49 Calasa II A2, JIS K3800, SFDA YY-0569 si AS2252 - controlată prin microprocesor cu auto-compensare de încărcare a filtrelor. - cu panou de control cu coduri internaționale de culoare: ecran verde – cabinet în condiții de siguranță, ecran roșu – cabinet în afara specificațiilor, ecran galben – cabinet în curs de decontaminare. - Suprafața de lucru împărțită în secțiuni, care permite curățarea și sterilizarea într-un autoclav. - Două ventilatoare si funcție Ecomode - Cronometru pentru programarea activării zilnice a ventilatoarelor și a luminii UV. - Alarmer sonore și vizuale pentru: Viteză fluxul laminar excesivă sau insuficientă; Rată de evacuare insuficientă; Fereastra departe de poziția de lucru; - Camera din oțel inoxidabil de 304L, cu colțuri rotunjite și margini din sticlă securizată. - Livrarea include: Hota propiu-zisă; 2 prize x 220V, lampa germicida UV, doua ventilatoare EC, Suport hota BIO II ADV 3, inaltime 770 mm	buc	1



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IASI

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achiziții Publice

www.uaic.ro

	<i>Se solicită: livrare, instalare și punere în funcțiune</i> <i>Model de referință Telstar Bio II Advance Plus deschidere 0.9 m sau echivalent</i>		
Lot 5 Mașini și aparate de testare și măsurare			
Lot 5	Masăină produs fulgi de gheata Capacitatea de producție Kg/24h: 40 Capacitatea rezervorului de stocare: 10 kg • Power (T=43°C)-W: 400 • Refrigerant: R290 • Standard voltage: V230/50Hz/1 <i>Se solicită: livrare, instalare și punere în funcțiune</i> <i>Model de referință Migel KF45 sau echivalent</i>	buc	1
Lot 6 Aparate de analiza si detectare			
Lot 6	Fluorimetru pentru determinarea concentrației acizilor nucleici Fluorimetru pentru masurare concentratii acizi nucleici si proteine Limita minima de detectie a ADN-ului dublucatenar: 10pg/ul; Mod de detectie: 2 canale de flurecenta • Rosu: Ex: 640nm shortpass; Em: 660–720nm • Albastru: Ex: 495nm shortpass; Em: 510–580nm Livrat cu: fluorimetrul propriu-zis cod E6150, QuantiFluor® ONE dsDNA System pentru 500 reacții, E4870; 0.5ml PCR Tubes 500 buc, E4941 <i>Se solicită: livrare, instalare și punere în funcțiune</i> <i>Model de referință Quantus NGS Starter Package Promega sau echivalent</i>	buc	1

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut pentru fiecare lot în parte, se vor oferta toate produsele din cadrul lotului.

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, Facultatea de Biologie a Universitatii „Alexandru Iona Cuza” din Iasi, precum si informatii legate de termenul de livrare si perioada de garantie acordata echipamentelor oferate.

Oferta trebuie sa fie valabila 30 de zile.

Transportul va fi inclus in pretul ofertat, conform conditiei de livrare DDP Universitatea “Alexandru Ioan Cuza ” din Iasi.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plata este:

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;

ADRESA: Iași, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126



UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IASI

PER LIBERTATEM AD VERITATEM

Serviciul Achiziții Publice

www.uaic.ro

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate; c) certificate de garanție

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice
Ing. Gabriela Alexoaei



Întocmit,

Cristina Lupu