



Nr.4193 /AP/13.07.2021

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **19.07.2021** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele produse :

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 – Furnizare Aparate de detectare și de analiză			
Lot 1	1.1 Agilent G1315-66540 Main board for G1315D pentru upgrade HPLC 1100 , nr de inventar 230130	buc	1
	1.2 Lan Communication Interface for 1100/1200 (card de interfață de comunicare LAN), pentru upgrade HPLC 1100 , nr de inventar 230130	buc	2
	1.3 Seat assy 0.17 mm ID Standard Autosampler (Set caun 0.17 mm ID Autosampler standard), pentru upgrade HPLC 1100	buc	1
	1.3 Needle, G1313 A autosampler, pentru upgrade HPLC 1100	buc	1
	1.4 Rotor Seal 2ps/6p (garniture rotor), pentru upgrade HPLC 1100		
	1.5 Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK (Garnitura piston pentru 1100/1200 și 1050, 2 buc/pac), pentru upgrade HPLC 1100	buc	1
	1.6 Cartridge for active inlet valve (cartuș pentru supapă de admisie activă 600 bar), pentru upgrade HPLC 1100		
Lot 2- Furnizare mașini și aparate de testare și măsurare			
Lot 2	Sistem de vibrație LDS V201 cu amplificator LPA100-230 V sau echivalent - masa elementelor de mișcare ~0,02 kg - răcire naturală cu aer - masa sistemului – montat pe bază 1,81 kg - rezonanță armături 13kHz - domeniul de frecvență folosit c.c. până la 9 kHz - zgomot acustic 75dBA - căldura disipată 48 W - temp ambiantă de lucru 30°C - dim agitatorului montat pe baza 96 x diam 78 mm Caracteristici amplificator LPA 100: - intrare <0,44 kVA - putere la ieșire 94 VA în 3.15 Ω - capacitate maximă de putere 154 VA în 3.15 Ω - port 22V/V ±2 dB max - monitorizare tensiune la ieșire 0.1 V/V ±3%, 5 Hz to 15 kHz - monitorizare curent la ieșire 0.1V/V±3%, 5 Hz to 15 kHz - dom. de frecvență la putere maximă –c.c. până la 15 kHz ptr 30 min la VA maxim - distorsiune armonică totală la ieșire <0.1%, 15 Hz la 5 kHz	buc	1



- <0.2%, 5 kHz la 15 kHz - tensiune maximă de ieșire – fără sarcină 22 Vrms, c.c. la 15 kHz - curent de ieșire 5.5 A rms - max curent la ieșire 7 A - eficiența amplificatorului 52% - dimensiuni 88x482,6x 450 mm (+/-5%) Accesorii incluse: cabluri și suport vibrator		
---	--	--

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte, se vor oferta toate produsele din cadrul lotului.

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, Magazia Centrală (lot 1), Facultatea de Fizică (lot 2) a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iași, precum și informații legate de termenul de livrare și perioada de garanție acordată echipamentelor oferite.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Transportul va fi inclus în prețul oferit, conform condiției de livrare DDP Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plată este:

- 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.


La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expedite; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing. Gabriela Alexan



Întocmit,

Cristina Lupu

ADRESA: Iași, bd. Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126