



Nr. 6008/AP/04.10.2021

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă rugăm ca, până la data de **07.10.2021 inclusiv**, să ne trimiteți pe adresa de e-mail ramona.creanga@uaic.ro, oferta dumneavoastră pentru următoarele produse:

Nr crt	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 – Aparate de testare			
1	Aparat de termotestare, domeniu larg de temperatură -40 °C – 200 °C, cu modul "pilot one", circulator de temperatură răcit și încălzit, capacitate de răcire (100°C):0,48 kW, (-20°C):0,27 kW, capacitate încălzire : 1.5-2.0 kW, presiune max pompa 25 l/min / 0.9 bar Conectare la pompa M16x1 male, Puterea : 230V 1~ 50Hz –cu racire naturala	buc	1
Lot 2– Analizor de particule			
1	Analizor particule cu canale de masura 6 canale (0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0µm) Debit 0.1CFM (2.83L/min) Acuratete : ±5% masurare maxima de concentratie 10% for 2,000,000 particule/ conform cu JIS B9921 si ISO21501-4) Eficienta 50 ±20% (pentru PSL particule aproape de minimul marimii de masurare) 100 ±10% (pentru PSL particule la 1.5 to 2 ori ca domeniu la marimea minima de masurare) (Conform cu JIS B9921 si ISO21501-4) Masurare nula < 1 particule/5 minutes Rezolutie de marime< 15% (pentru particule PSL aproape 0.3µm)	buc	1
Lot 3 – Pachet pentru analiza gazelor în flux			
1	Modul senzor de gaz formaldehida (HCHO), pentru măsurarea gazelor în flux forțat de gaz, portabil, domeniu de măsură 0-1 ppm, detectare simultană a temperaturii și umidității gazului, semnal digital de iesire UART	buc	2
2	Modul senzor de gaz dioxid de azot (NO2), pentru măsurarea gazelor în flux forțat de gaz, portabil, domeniu de măsură 0-5 ppm, detectare simultană a temperaturii și umidității gazului, semnal digital de iesire UART	buc	1
3	Modul senzor de gaz ozon (O3), pentru măsurarea gazelor în flux forțat de gaz, portabil, domeniu de măsură 0-5 ppm, detectare simultană a temperaturii și umidității gazului, semnal digital de iesire UART	buc	1
4	Capsulă pentru senzori de tip ES1 pentru măsurarea gazelor în flux forțat	buc	3
5	Modul de soft pentru senzori de tip ES de la poz. 1-3, UART-2USB (TTL)	buc	1
Lot 4 – Barometru			
1	Barometru aneroid, domeniu de măsurare 954-1073 hPa, rezoluție 0,5 hPa, acuratețe ±0,5%, certificat de calibrare NIST, Termen de garanție: min. 12 luni	buc	1



Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termen limită de livrare: maxim 29.11.2021

Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut” pentru fiecare lot în parte (se vor oferta toate reperele din cadrul lotului)

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de *livrarea la sediul Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi – Facultatea de Chimie*, precum și informații legate de **perioada de garanție acordată produsului oferat. Se va specifica marca, producatorul și codul de produs pentru fiecare produs oferat.**

Valabilitatea ofertei: min. 30 de zile.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) manuale de operare în lb engleza/lb romana

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing.Gabriela ALEXOAEI

Întocmit,

Ramona CREANGĂ