



Nr.1708 /AP/30.03.2022

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **04.04.2022** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI pentru următoarele echipamente:**

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1- Furnizare centrifuge pentru laborator			
Lot 1	Microcentrifugă cu rotor inclus Centrifugă de mare viteză pentru sedimentari în microtuburi; display luminos; butpane mari pentru setare centrifugă; motor fără perii, nu necesită întreținere; nivel redus de zgomot; memorarea ultimului ciclu de centrifugare, creștere minimă de temperatură în timpul centrifugării; închidere motorizată a capacului, deschidere automată a capacului; 2 curbe de accelerare și decelerare, blandă sau rapidă; camera rotorului este confecționată din inox; sistem de deschidere a capacului în caz de urgență; controller pentru depășirea vitezei; fereastră în capac pentru controlul vitezei cu un dispozitiv extern; fabricată în conformitate cu normele de siguranță internaționale (IEC1010). Se folosește pentru sedimentări de precizie în domeniile biotehnologie, microbiologie, biochimie și biologie. Timer: 10 sec – 99 min 59 sec Increment de timp 1 sec Posibilitate de centrifugare continuă: Da Centrifugare scurtă: Da Increment de viteză 100 rpm Increment RFC 10 x g Afișare viteză cu forța g : Da Curbe de accelerare sau decelerare: Rapidă, lentă Programe 10 Program de răcire rapidă Da Afișarea temperaturii setate , actuale Da Increment de temperatură 1°C Capacitate max 24 x 2 ml Viteza max. 15.000 rpm Viteza min. 200 rpm Suprimarea interferențelor EN 61326	buc	1

ADRESA: Iași, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126



	Nivel de zgomot la viteza max (aprox) 59 dB Accelerare max 13 sec Decelerare max 13 sec Rotor unghiular de polipropilenă, 24x1,5-2,0 ml cu capac ermetic din plastic, max rpm 15000 rpm, max cf-20,657 x g <i>Se solicită livrare și instalare echipamentului în laboratorul Facultății de Biologie (Lab B 240) din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași</i> <i>Model de referință Sigma 1-16 sau echivalent</i>		
Lot 2- Furnizare centrifuge pentru laborator			
Lot 2	Microcentrifugă cu răcire Ecran LED: - Afișează RPM/RCF, timpul, temperatura - Programarea vitezei în 10 pași de 10 RPM/10 kg - Contozirizare/avansare temporizată de la “0” sau la “setare RPM/RCF” pentru tsete reproducibile - Cronometru de la 1 la 99 min programabil în trepte de 5 sec. ; 1 func’ie de men’inere pozi’ie - 16 programe de centrifugare existente în memoria aparatului - - sistem integrat PCBS (progressive controlled acceleration and braking system) cu până la 175 de rampe selectabile care Previn omogenizare probei de separare - - mesaje acustice și vizuale pe ecran avertizând utilizatorul despre starea echipamentului Adaptor 220-230V, 50-60 Hz, putere: 540 W, microprocesor controlat; întreținerea motorului cu inducție (fără perii); lista rotorilor din memorie; nivel de zgomot: sub 60 dB; funcții de Pornire, Opreire, deschidere cu capac și rotire scurtă cu ajutorul butoanelor reglabile ale vitezei; opțiunea de reglare gratuită /blocată a RPM/RCF pe parcurs; capac deschis automat, programabil; înălțime scăzută pentru acces ușor; ultimele valori rămân în memorie, protecție împotriva excesului de viteză; capacul este prevăzut cu sisteme de securitate; sistem automat de blocare al capacului, motorizat cu blocare dublă, eliberare a funcției de blocare a capacului în caz de urgență; blocare și protecție împotriva deschiderii de-a lungul rulajului; protecție împotriva căderii capacului; port în capac pentru verificarea calibrării și a funcționării; sistem de detecare al opririi și dezechilibrului; inel de siguranță de protecție între camera de centrifugare și carcasă; camera de centrifugare din oțel inoxidabil; rotori și adaptoare autoclavabile, ușor de instalat de către utilizator; ventilație forțată pentru a reduce creșterea temperaturii; deconectare automat[pentru economisirea energiei, cu opțiune de dezactivare Răcire: menține refrigerarea după procesul de centrifugare, program de precooling cu rotirea rotorului și selectarea temperaturii, asigurarea menținerii valorii de 4⁰ chiar și la turație maximă, intervalul de temperatură de la -20⁰ C (-4⁰ F) la 40⁰ C (104⁰ F) în trepte de 1⁰ C, senzor de temperatură în interiorul		



	camerei, răcire cu agent HFO R 449A (fără CFC) <i>Model de referință Biocen 22 R cu răcire sau echivalent</i>		
Lot 3 Furnizare Lămpi electrice cu incandescență			
Lot 3	Lampă UV pentru detectorul Bischoff DAD 100-EU (82500230) existent în cadrul Facultății de Biologie având nr de inventar 227085	buc	1

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, Facultatea de Biologie (lot 1) Magazia Centrală (lot 2 și 3) a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iași, precum și informații legate de perioada de garanție acordată echipamentului oferat.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plată este:

- a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;
- b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expedite; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) manuale de operare în lb engleza/lb romana

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing. Gabriela Alexoei



Întocmit,
Cristina Lupu

ADRESA: Iași, bd. Carol I nr. 11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126