



Nr.2220 /AP/28.04.2022

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **03.05.2022** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1- Furnizare centrifuge pentru laborator			
Lot 1	Microcentrifugă cu răcire Ecran LED: - Afișează RPM/RCF, timpul, temperatura - Programarea vitezei în 10 pași de 10 RPM/10 kg - Contozrizare/avansare temporizată de la “0” sau la “setare RPM/RCF” pentru tsete reproducibile - Cronometru de la 1 la 99 min programabil în trepte de 5 sec. și funcție de menținere poziție - 16 programe de centrifugare existente în memoria aparatului - - sistem integrat PCBS (progressive controlled acceleration and braking system) cu până la 175 de rampe selectabile care Previn omogenizare probei de separare - - mesaje acustice și vizuale pe ecran avertizând utilizatorul despre starea echipamentului Adaptor 220-230V, 50-60 Hz, putere: 540 W, microprocesor controlat; întreținerea motorului cu inducție (fără perii); lista rotorilor din memorie; nivel de zgomot: sub 60 dB; funcții de Pornire, Opreire, deschidere cu capac și rotire scurtă cu ajutorul butoanelor reglabile ale vitezei; opțiunea de reglare gratuită /blocată a RPM/RCF pe parcurs;capac deschis automat, programabil;înălțime scăzută pentru acces ușor; ultimele valori răman în memorie, protecție împotriva excesului de viteză; capacul este prevăzut cu sisteme de securitate; system automat de blocare al capacului, motozizat cu blocare dublă, eliberare a funcției de blocare a capacului în caz de urgență; blocare și protecție împotriva deschiderii de-a lungul rulajului; protecție împotriva căderii capacului; port în capac pentru verificarea calibrării și a funcționării; sistem de detecare al opririi și dezechilibrului; inel de siguranță de protecție între camera de centrifugare și carcasă; camera de centrifugare din oțel inoxidabil; rotori și adaptoare autoclavabile, ușor de instalat de către utilizator; ventilație forțată pentru a reduce creșterea temperaturii; deconectare automat[pentru economisirea energiei, cu opțiune de dezactivare Răcire: menține refrigerarea după procesul de centrifugare, program de precooling cu rotirea rotorului și selectarea temperaturii, asigurarea menținerii valorii de 4⁰ chiar și la turație maximă, intervalul de temperatură de la -20⁰ C (-		

ADRESA: Iași, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126



	4 °F) la 40 °C (104° F) în trepte de 1 °C, senzor de temperatură în interiorul camerei, răcire cu agent HFO R 449A (fără CFC) Rotor „unghi fix”: capacitate: 24x1,5 -2 mL Raza: 82 mm RPM max 18100 <i>Model de referință Biocen 22 R cu răcire cu rotor RT22 sau echivalent</i>		
Lot 2 Furnizare Utilaje pentru tratarea termică a materialelor			
Lot 2	Baie de ultrasunete de laborator cu funcție curățare sitelor de 20 cm utilizate în aparatele de sitare cu funcție de degazare. Caracteristici tehnice: - Capacitate maxim 6 l - Frecvență de lucru maxim 40 kHz - Putere consumată (W) - maxim 200W - Dimensiunea cosului minimă Ø×H (mm) - 220 × 70 - Dimensiuni externe maxime , Ø×H (mm) - 270 × 360 - Dimensiuni rezervor minimă (interne) Ø×H (mm) - 240×140 - Greutate maximă (kg) - 7 - Putere efectivă ultrasonare (W) - 150 ÷ 180 - Material rezervor - oțel inoxidabil rezistent la cavitație - Material exterior - oțel inoxidabil - Clasa de protecție IP20 - Panou de operare - afișaj LED, posibilitate setări programe - Perioada program minimă (minute) - 1 ÷ 30 Descriere generală - Baie de ultrasunete dedicată sau compatibilă pentru curățare site de diametru 20cm. - Include programe automate cu moduri cu ultrasunete special definite: - o Programul special de "curățare a sitei" ce utilizează alternativ două moduri cu ultrasunete, cu generare de impulsuri puternice ce conduce la rezultate perfecte de curățare; - o Program degazare solvenți - baia să includă sistem de prindere pentru recipientele necesare la colectare gaze; - o Program preparare proba pentru aplicații standard - Include următoarele accesorii obligatorii: - o suport pentru site pentru manipularea acestora în baia de curățare, - o cos inoxidabil pentru curățare elemente mici Capac de plastic pentru pahare de sticlă înalte	buc	1

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, Facultatea de Biologie (lot 1) Facultatea de Fizică (lot 2) a Universității



„Alexandru Iona Cuza” din Iași, precum și informații legate de perioada de garanție acordată echipamentului oferit.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plată este:

- a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;
- b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) manuale de operare în lb engleză/lb română

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice
Ing. Gabriela



Întocmit,
Cristina Lupu