



Nr.2901/AP/25.05.2022

Solicitare ofertă de preț

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **30.05.2022** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	U M	CANT
Lot 1-Aparate de detectare și analiză			
Lot 1	Spectrofotometru UV-VIS dublu fascicol Domeniul de lungime de undă: 190-900 nm, lățime de fantă reglabilă între 0.1 și 10 nm, pentru cuve micro setare de lățime de fantă specială. Detector: fotomultiplicator. Viteza de schimbare a lungimii de undă: 12000 nm/min, viteza de scanare de spectru variabilă între 10 – 4000 nm/min la înregistrare și 8000 nm/min în mod de previzualizare. Acuratețea lungimii de undă: ± 0.2 nm, repetabilitatea lungimii de undă: ± 0.05 nm; domeniul fotometric: -4 - +4 AU, acuratețea fotometrică: ± 0.0015 AU (0-0.5 AU), repetabilitatea fotometrică: ± 0.0005 AU (0-0.5 AU), lumina deviată la 220 nm: 0.005%. Sursă de lumină: lampă de deuteriu și lampă de wolfram-halogen. Nivelul de zgomot: 0.00003 AU (RMS, 0 AU, 500 nm), stabilitatea liniei de bază: ± 0.0003 AU/h. Dimensiuni: 460(L)x602(l)x268(H) mm, 27 kg. Posibilitate de control: cu software PC SpectraManager II (se comandă separat). Se livrează cu suport de cuve standard cu un loc (pentru cuve de 10 mm), cu mască de lumină pentru probe cu volum minim de 100 μl, filtru holmiu, cablu USB, certificate de inspecție și CE. Compus din: Software de control și prelucrare a datelor pentru spectrofotometrul de mai sus, rulează sub Win7/10 cu următoarele funcții: - controlul aparatului; măsurători (citiri de absorbanță, transmitanță, analiză cantitativă cu curbe de calibrare, scanare de spectru, măsurare la mai multe lungimi de undă, măsurători de cinetică simplă, măsurători cinetice la două lungimi de undă cu calculul imediat al ratei absorbantei); - teste ale aparatului (autodiagnostic, calibrare a lungimii de undă); recunoaștere și înregistrare automată a accesoriilor (conformitate GLP) - pachet software de validare (cu modul de conformitate USP, EP, JP, cu posibilități de definire de către utilizator a testelor de efectuat și a parametrilor acestora) - verificare zilnică - funcții de salvare și căutare de date - evaluarea statistică a curbei de calibrare, posibilitate de setare a limitei de acceptabilitate - evaluarea spectrelor (căutare de peak, funcții matematice, derivate, corecție a liniei de bază, conversii, suprapuneri); analiză de culoare - evaluare de cinetică enzimatică simplă, măsurare de grosime de film - elaborări de rapoarte, stiluri pentru rapoarte. Sfere integratoare de 60 mm cu căpușeală de sulfat de bariu, pentru măsurare de transmitanță: în cuve pentru lichide (se pot introduce cuve de 5-50 mm), măsurare de reflectanță: pe probe solide (mărime de probă min. 20x20 mm, max: 65x50 mm, grosime de	bu c	1

ADRESA: Iași, bd.Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126



	probă 0,5-25 mm) cu reflexie speculară sau cu eliminarea acesteia, cu standard de reflexie alb Spectralon ISV-922 Sferă integratoare, cu detector PMT încorporat, domeniul de lungime de undă: 220-870 nm, pentru V-750/760 Suport de pulberi pentru sfere integratoare , diametrul ariei de măsură 16 mm, grosimea probei: 0,5-6 mm. Se solicită livrare, instalare și punere în funcțiune, instruire personal utilizator.		
Lot 2 Agitatoare și accesorii			
Lot 2	2.1 Baie ultrasonica digitala cu incalzire , capacitate 0.9L, functie de degazare rapida, confectionată din oțel inox AISI 3041, clasa de protecție IP 33, dimensiuni interioare Lxlxh: 190x85x60 mm, alimentare 220 V, fără agitare, interval de temperatură: 20-80°C Compus din: 1. Capac din inox. 2. Cos din inox 170x65x50 mm.	buc	1
	2.2 Agitator magnetic cu incalzire 50 - 1500 RPM. , tip de agitare magnetică, încărcare maxim 15 kg, frecvență agitare: 50-1500 RPM, temp maximă: 370° c, ALIMENTARE 230v	buc	2

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de:

- livrarea, instalarea/punerea în funcțiune, instruirea personalului utilizator la sediul beneficiarului, Facultatea de Chimie (pentru lotul 1)
- livrarea la Facultatea de Chimie (pentru lotul 2) a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iași, precum și informații legate de perioada de garanție acordată echipamentului oferat.

Oferta trebuie să fie valabilă 30 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Termenul de plată este:

- 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii de către Autoritatea Contractantă, dacă recepția bunurilor este anterioară datei primirii facturii;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă Autoritatea Contractantă a primit factura la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură fiscală /aviz de expedite; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) manuale de operare în lb engleza/lb romana

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

Șef Serviciu Achiziții Publice

Ing. Gabriela Alexoara



Întocmit,
Cristina Lupu

ADRESA: Iași, bd. Carol I nr.11, Corpul J
TELEFON: 0232201147, 0232201039
FAX: 0232201047, 0232201117
EMAIL: cristina.lupu@uaic.ro

Cod fiscal: 4701126