



Nr. 5530/AP/14.10.2024

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **21.10.2024** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 – Furnizare microscop			
Lot 1	Stereomicroscop gemologic trinocular 3 D in camp luminos si intunecat Obiective zoom acromatic parfocal 0.7x -4.5 x (raport 6.43:1) Mod de observare: lumina incidenta șiu transmisă Cap optic: binocular, inclinabil 45° rotativ 360° Distanța interpupilară: reglabila între 51 si 75 mm: 80 mm Model de referință OptiGEM-20 sau echivalent	buc	1
Lot 2 Furnizare Aparate de detectare și de analiză			
Lot 2	Detector radiatii nucleare (dozimetru) profesional portabil Beta, Gamma, X-ray, afisarea curbelor Radiatii detectabile: Beta, Gamma, X-ray Tip senzor: Tub G-M Gama de masurare: 0,1μSv/h~10mSv/h Dozaj: 0,00μSv/h~10Sv/h Intervalul de energie: 50kev-1,5mev mai putin de 30% Eroare itrinseca relativa: mai putin de +/- 10% Sensibilitate: 80cpm / μSV / Co-60 (>0,25cps / μSV / h) Doza maxima echivalenta: 99,99 μsv/h Surse de sunet: sunet de particule reale / sunet alarma / silentios Prag de alarma: 0,5 (reglabil) Temperatura ambientala: -25 ~ +45°C Umiditate relativa: mai putin de 95% Alimentare: 3 x baterii AA (nu sunt incluse) sau cablu USB (inclus) Putere consumata: <150mW Material / Culoare: ABS / Negru Dimensiune: 116 x 60 x 25mm Greutate: 145 g Model de referință Detector Radiatii Nucleare FI-600 sau echivalent	buc	1
Lot 3 Furnizare agitatoare si accesorii			
Lot 3	Set agitator magnetic cu incalzire Setul cuprinde : agitatorul, suport clema, sonda de temperatura PT-100, pahar Erlenmeyer 200 ml, bare de agitare 20 mm Motor de calitate, fara perii, care nu necesita mentenanta Capacitate maxima de agitare : 3 litri Diametru platforma de agitare : 135 mm Display digital tip LED dublu pentru afisarea temperaturii si vitezei de rotatie Domeniu temperatura : pana la 280 grade C Acuratete temperatura pe placa de incalzire :± 1 grad C (temperaturi< 100 grade C	buc	1



), $\pm 1\%$ (temperaturi > 100 grade C) Domeniu viteza de rotație : 200-1500 rpm Rezoluție : ± 1 rpm Platforma de agitare este din otel inox cu acoperire ceramica care asigura o buna rezistenta chimica Senzor de temperatura externa inclus cu o acuratete de $\pm 0,5$ grade C Indicator de avertizare care indica faptul ca plita are mai mult de 50 grade C, chiar daca echipamentul este oprit Protectie la supraincalzire cand se depaseste temperatura de 320 grade C Clasa de protectie : IP21 Putere : 515 W Lungime maxima bara de agitare : 50 mm Dimensiuni : 150x260x80 mm Model de referință Set agitator magnetic cu incalzire model MS-H-280PRO		
--	--	--

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut per lot (se vor oferta toate produsele din cadrul lotului)

Cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț în LEI, trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de livrarea la sediul beneficiarului, la Magazia Centrală a Universității „Alexandru Iona Cuza” din Iasi precum și informații legate de perioada de garanție acordată echipamentului oferat.

Termen maxim de livrare: 29.11.2024.

Oferta trebuie să fie valabilă 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

- 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date;
- 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date.

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expedite; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba română

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Direcția Achiziții Publice și Urmărire Contracte
Ing. Gabriela Alexoei**

Întocmit,
Cristina Lupu