



Nr. 3977/AP/11.09.2025

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **18.09.2025** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 Furnizare microscopae cod cpv 38510000-3			
Lot 1	Stereomicroscop Modular Zoom 8:1 cu 8 clicuri de stop Mărire: 7.5x -60x (1x obiectiv, 10x ocular) Optica parafocală Obiectiv acromat, 1,6x, distanta lucru 46 mm, filet M60, diametrul extern 58 mm Ocular 10x, cu unghi larg, pentru ochelari, fără distorsiuni, dioptrii ajustabile Reticul 5mm/0.05mm Tub binocular 45°, Distanța interpupilară 52-76 mm Focus drive 300 mm Baza cu insert alb/negru 120 mm Husa protecție Model de referință: Leica 60 sau echivalent	buc	1
Lot 2 Furnizare Aparate de detectare și de analiză cod cpv 38430000-8			
Lot 2	Sistem RT-PCR 3 canale de detecție Excitare LED 450-730 nm și 610-700 nm Fără colorant pentru normalizare (ROX) Consumabile acceptate: placi de 96, tuburi PCR, benzi de 8 sau 12 tuburi. Volum de lucru 1-50 uL. Spectru dinamic 10 Logs Iluminare probă prin fibră optică Achiziție date de pana la 100 000 pixeli/probă Fluorofori compatibili: SYBR® Green, EvaGreen™, FAM™, VIC®, HEX™, JOE™, CAL Fluor® 540, CAL Fluor® Orange 560, Cy®5, Quasar®670, Liz®, Mustang Purple®. T de reacție 4°C - 99.9°C Rampa blocului 6°C/sec Rampa medie per proba 4°C/sec Uniformitate temp. ±0.2°C Acuratețe temp. ±0.1°C Compatibil cu coloranți/chimie personalizată Memorie minim 32 GB (echivalentul a 20,000 experimente) Dimensiuni cimpacte, maxim 30.5 cm x 50.8 cm x 43.2 cm Connectivitate USB, Wifi, Ethernet	buc	1



	Software Cielo Manager sau echivalent Certificare CE și TUV Model de referință: Cielo 3, cod AIQ 030 sau echivalent		
Lot 3 Furnizare agitatoare si accesorii cod cpv 38436000-0			
Lot 3	3.1 Agitator magnetic cu incalzire - tip de agitare: magnetică; - încărcare maximă: 4 l; -Frecventa de agitare 150 - 1500 RPM -Material: Placa de metal acoperita cu pulbere epoxidica antiacida - Diametru (Ø) 6*30 (pentru bara de agitare) -Putere motor 12 W - Numar pozitii 1 - Interfata PC Nu -Afisaj: Digital -Platforma agitare 160*160 mm -Material platforma Aluminiu acoperit cu pulbere epoxidica antiacida - este prevazut cu un motor DC, un afisaj digital de control al vitezei si un port extern al sondei - Cu ajutorul sondei de temperatura PT 100, temperatura este reglata digital - Este prevazut cu un ventilator integrat, pentru a evita supraincalzirea -Precizia pe platforma de agitare este ± 3 °C Model de referință F600 Falc Instruments	buc	1
	3.2Bare de agitare magnetica 15mm/5 mm PTFE albe pentru uz de laborator	pachet	30
Furnizare surse de alimentare pentru protectie IT cod cpv 31156000-4			
Lot 4	Sursă de tensiune înaltă de curent alternativ - tensiunea de ieșire: 3kV-20kV - frecvența:23 kHz-80 kHz - frecvența pulsului de ieșire: 1-2000 Hz - duty cycle pentru pulsulde modulare a tensiunii:10%-100% -curent ieșire: 0-10mA - posibilitatea de comandă a modulării din exterior - tensiunea de alimentare	buc	2

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru fiecare lot în parte

Cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț trebuie să includă toate cheltuielile ocazionate de:

- produsele aferente loturilor 1, 2 si 3 se vor livra la sediul Univ.”Alexandru Ioan Cuza” din Iași , corp B, etaj 3, sala B 360

- produsul aferent lotului 4 se va livra la Magazia Centrala a Universitatii 'ALEXANDRU IOAN CUZA', Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9.

- informații legate de perioada de garantie acordata echipamentelor oferitate.

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:



a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului *cpv*;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului *cpv*;

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile lucrătoare a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual.

Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii termenului de livrare se vor aplica penalități de 0.25%/ zi întârziere, pentru întârzierea termenului de plată se vor aplica penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa crisrina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Direcția Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor
Ing. Gabriela Alexoaei**

Întocmit,

Cristina Lupu