



Nr.4099/AP/07.10.2026

Solicitare ofertă de preț,

În vederea achiziționării prin cumpărare directă, vă solicităm ca până la data de **14.10.2026** inclusiv, să ne transmiteți **oferta de preț în LEI** pentru următoarele echipamente:

Nr lot	Denumire produs	UM	CANT
Lot 1 Furnizare Instrumente de măsurat cod cpv 38410000-2			
Lot 1	Analizor umiditate , capacitate cântărire 110 g, precizie 0,001 g, temperatura max 199 °C, temperatura min 40 °C, diametru plantan:92 mm, unități măsură:%Humidity, % Dry mass g, Material platande cântărire: aluminiu samples plates, Repetabilitate 0,001 g , Linearitate ±0,003 g, timp de stabilizare 3 s Instrumentul va fi însoțit de certificare de calibrare <i>Model de referință Kern 963-127 sau echivalent</i> Livrare la Statiunea Biologica Marina Ioan Borcea, Strada Nicolae Titulescu, nr. 163, Statiunea Zoologica Marina Agigea, comuna Agigea, jud. Constanța, 907018	buc	1
Lot 2 Furnizare Lămpi electrice cu incandescență cod cpv 31515000-9			
Lot 2	Lampă halogen 12 V/20 pentru UV-VIS model UV-3100 PC	buc	1
	Lampă deuteriu pentru UV-VIS model UV-3100 PC	buc	1
Livrarea produselor aferente lotului 2 se va face la Magazia Centrală a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9			
Lot 3 Furnizare Furnizare mașini și aparate de testare și măsurare cod cpv 38540000-2			
Lot 3	Music Tesla Coil	buc	2
	Music Tesla Coil, Spark Gap Arc Generator, Touchable Artificial Flash, DIY Science Physics Electronic Toy, for Physics Learning and Electronic Education	buc	2
	Floating LED Table Lamp with Touch Buttob Magnetic in Elegant Wiik Look Wireless LED Light Bulb Decorative Light for Lovers Lovers Room Decorating Night Light	buc	2
	Philip Harris Demonsration Dynamo	buc	2
	Plasma Toroid Drive Circuit Xenon Ring Tokamak Ark Reactor	buc	2
Livrarea produselor aferente lotului 3 se va face la Magazia Centrală a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9			
Lot 4 Furnizare Microscopae cod cpv 38510000-3			



Lot 4	Microscop digital monocular educational Tip cap optic: monocular Iluminare transmisă Magnificare maximă 400 x Iluminare LED 65000 ore funcționare Focalizare: mecanism coaxial de focalizare grosier și fin Turela: rotativă, cu 4 poziții Lentile obiectiv: obiectiv acromatica 40x, 10 x, 4 x Camăra: rezoluție 2 Mpx; imagine 1844x1080; Tableta: monitor 7 inch, cu card SD pentru a salva imagini <i>Model de referință Optika B-62 V sau echivalent</i> Livrare la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, B-dul Carol I, nr 20A, corp B	buc	1
Lot 5 Echipamente de ventilatie 42520000-7			
Lot 5	Nișă antiacidă pentru lucrul intens cu acid percloric și acid fluorhidric Dimensiuni ext. (LxDxH) mm 1240 x 750 x 2300; Suprafață de lucru placată cu HPL Compact; cu acces rabatabil pentru zona de lucru; cu 2 prize x 220 V; cu robinet apă; cu chiuvetă incorporată; cu iluminare; cu ventilator extern (2100 mc/h); cu dulap cu 2 uși pentru reactivi; cu alimentare electrică (220 V); construcție: HPL; zona de lucru căptușită cu PPHG; având suprafața de lucru (Lxl): 1200 x 600 mm; cu instalare. <i>Model de referință EPRDX 1200 sau echivalent</i>	buc	1
Se solicita <u>livrare, instalare și punere în funcțiune</u> la Facultatea de Biologie a a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, B-dul Carol I, nr 20A, corp B			
Lot 6 Furnizare metale grele 14715000-6			
Lot 6	Țintă sputtering de Argint Puritate 99,99%, diamteru 2 inch, grosime 0,125 inch	buc	1
	Țintă sputtering Nichel/Crom Ni/Cr 80/20%, Puritate 99,99%, diametru 2 inch, grosime 0,125 inch	buc	1
Livrarea produselor aferente lotului 6 se va face la Magazia Centrală a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Camin C5, str T. Maiorescu nr. 7-9			
Lot 7 Furnizare Utilaje pentru tratarea termică a materialelor 42940000-7			
Lot 7	Incubator termostatat pentru creșterea și menținerea culturilor biologice – temperatura setabila constanta , în intervalul +10...65 ⁰ , control electronic al temepaturii, acuratețe ± 0,5 ⁰ C, uniformitate ±1 ⁰ C, convecție naturală, volum 12-18 litru, camera interioară din oțel inoxidabil, funcție de protecție la supratemperatură, cu alarmăde supra-temperatura, alarmă de eroare a senzorului, funcționare cu valoare fixă, corectare a abaterilor, funcție de oprire automată, cu fereastră de sticlă de înaltă calitate și lumină LED instalată pe ușă, izolație termică, 2 rafturi <i>Model M-Lab DH 3000AB sau echivalent</i>	buc	1
Livrare produselor aferente lotului 7 la Fac de Teologie Ortodoxa, Str. Lozonschi Iordache			



nr. 9, Iași,

Lot 8 Furnizare Aparate de detectare și de analiză cod cpv 38430000-8

Lot 8	8.1 Colorimetru fotometric portabil Spectroquant® Move 100 (sau echivalent). cu următoarele caracteristici tehnice minime: ☐ Domeniu de utilizare: determinarea cantitativă a parametrilor chimici din probe lichide prin metode fotometrice; ☐ Tip: cu afișare directă a rezultatului măsurătorii și a unității de măsură corespunzătoare metodei (mg/L, µg/L sau echivalent); ☐ Compatibil cu metodele și kiturile fotometrice Merck/Spectroquant®, incluzând: O₃ test (1.00607.0001), H₂O₂ test (1.18789.0001) NO₂⁻ (1.14776.0001) NH₄⁺ test (1.14752.0001) NO₃⁻ test ☐ Număr de metode preprogramate: minimum 100 de metode/parametri; ☐ Metode utilizator: posibilitatea programării unor metode suplimentare; ☐ Sistem optic: sursă de lumină LED; ☐ Selecția lungimii de undă: filtre optice de Lungimi de undă: 430, 530, 560, 580, 610 și 660 nm; ☐ Precizie fotometrică: ±0,020 A la 1,000 A și ±0,052 A la 2,600 A; ☐ Rezoluție fotometrică: aproximativ 0,005 A; ☐ Detector: fotosenzor; ☐ Cuva/camera de măsurare: cameră de măsurare transparentă pentru cuvele corespunzătoare metodelor Spectroquant®; ☐ Memorie: minimum 1000 seturi de date; ☐ Interfață: interfață IR pentru transferul datelor; ☐ Actualizare: conector RJ45 pentru actualizarea metodelor/software-ului; ☐ Alimentare: 4 × baterii AA/LR6; ☐ Protecție: IP68, pentru utilizare în condiții de laborator și teren; ☐ Domeniu temperatură de operare: 5–40 °C; ☐ Accesorii: trusă/cutie de transport și accesorii necesare funcționării 3 cuve cilindrice de diametru 16 mm si adaptor 3 cuve cilindrice de diametru 24 mm ☐ Documentație: manual de utilizare și documentație tehnică.	buc	1
	8.2 Cuve rotunde cu capac, ø 24 mm compatibile cu colorimetru fotometric portabil Spectroquant® Move 100 12 bucati in set	set	1



	Diametru cuva $\varnothing$ 24 mm cu capac cu filet compatibile cu colorimetru fotometric portabil Spectroquant® Move 100 8.3 Ammonium Test, photometric, 0.010-3.00 mg/L (NH₄-N), Spectroquant® (cod produs 1.14752) – set cu 250 teste Tip: kit de reactivi pentru determinarea fotometrică a ionului amoniu Analit determinat: amoniu (NH₄⁺) / azot amoniacal (NH₄-N) Metodă: determinare fotometrică, prin formarea unui compus colorat (metoda indofenolului) Domeniu de măsurare: 0,010–3,00 mg/L NH₄-N; 0,013–3,86 mg/L NH₄⁺. Capacitate: min. 250 teste per set. Destinație: determinarea concentrației de amoniu în probe apoase, inclusiv probe de apă tratată și apă activată cu plasmă (PAW). Compatibilitate: utilizabil cu fotometrele Spectroquant® compatibile, inclusiv Spectroquant® Move 100. Conținut: reactivi necesari pentru efectuarea determinării fotometrice a amoniului, conform procedurii producătorului. Condiții de utilizare: determinare directă a concentrației prin măsurare fotometrică.	set	1
Livrarea produselor aferente lotului 8 se va face la Facultatea de Chimie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, B-dul Carol I, nr 11, corp A			
Lot 9 Furnizare Instrumente de măsurat: hidrometre, termometre, phmetre cod cpv 38410000-2			
Lot 9	9.1 pH Bench FP20-Standard sau echivalent pH-metru de banc cu un canal pentru măsurări pH și Redox, cu electrod pH/temperatură inclus pentru aplicații generale. Datele pot fi transferate către PC sau imprimantă, iar rezultatele se pot păstra în memoria internă.	buc	1
	9.2 pH electrode LE427 compatibil cu reperul de la poz 9.1 Electrod pH cu vârf tip lance, destinat măsurărilor directe în probe solide sau semisolid, precum carne, fructe, brânzeturi ori sol. Construcția cu diafragmă ceramică și electrolit gel permite o utilizare cu întreținere redusă.	buc	1
	9.3 pH electrode LE427 compatibil cu reperul de la poz 9.1 Electrod pH cu vârf tip lance, destinat măsurărilor directe în probe solide sau semisolid, precum carne, fructe, brânzeturi ori sol. Construcția cu diafragmă ceramică și electrolit gel permite o utilizare cu întreținere redusă.	buc	1
Livrarea produselor aferente lotului 9 se va face la Facultatea de Chimie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, B-dul Carol I, nr 11, corp A			

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pe lot

Cerințele sunt minime și obligatorii.

Oferta de preț trebuie să includă informații legate de perioada de garanție acordată produselor oferite.



Termenul maxim de livrare este 14.12.2026. Ofertele care prevăd un termen de livrare mai mare de 14.12.2026 vor fi declarat neconforme.

Oferta trebuie sa fie valabila 60 de zile.

Nota: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

În conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite autorității contractante prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

Termenul de plată este:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția bunurilor este anterioară acestei date, cu menționarea codului cpv;

b) 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, la data recepției ori anterior acestei date, cu menționarea codului cpv;

La livrare produsele vor fi însoțite de: a) factură /aviz de expeditie; b) certificate de calitate/conformitate, c) certificate de garanție, d) instrucțiuni de operare în limba engleză/limba romana

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 3 zile lucratoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 3 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractual.

Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu va fi soluționat de instanțele competente din România.

Contractul este guvernat de legea română. Orice litigiu va fi soluționat de instanțele competente din România.

Pentru contractele de achiziție publică încheiate, în situația depășirii termenului de livrare se vor deduce din pretul contractului penalități de 0.25% zi întârziere, pentru întârzierea termenului de plată se vor percepe penalități de întârziere de 0.06% zi întârziere.

Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată, condițiilor de livrare și transport.

Vă solicităm să transmiteți oferta, prin e-mail pe adresa cristina.lupu@uaic.ro sau prin fax 0232/201148.

**Director Achiziții Publice și Urmărirea Contractelor,
Ing. Gabriela Alexoei**

Întocmit,
Cristina Lupu